

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-2-0360/2026 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

- 1) Az akkreditált szervezet neve és címe:
M-Teszt Mikrobiológiai Ellenőrző Kft.
2193 Galgahévíz, Fő u. 200.
- 2) Akkreditálási szabvány:
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018
- 3) Akkreditálási kategória:
kalibrálólaboratórium
- 4) Az akkreditált státusz érvényessége:
Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2026. június 18.**
Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2031. június 18.**
- 5) Az akkreditált terület:

M-Teszt Mikrobiológiai Ellenőrző Kft. (2193 Galgahévíz, Fő u. 200.)				
laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások				
Szak-terület kódja <i>code of technical field</i>	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése <i>type of instrument or material</i>	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány <i>measurement range</i>	Kalibrálási és mérési képesség ($k=2$) <i>calibration and measurement capability (CMC)</i>	A kalibrálási eljárás azonosítója <i>calibration method or procedure</i>
HŐM-1	Folyadéktöltésű üveghőmérő	-40°C - 200°C	0,05 °C	MIK-636-02 (2024)
HŐM-1	Aktív vagy passzív érzékelővel szerelt villamos mérőkör	-40°C - 420°C	0,043°C	MIK-637-02 (2024)
NYO-1	Nyomásmérő	-850 mbar – 6000 mbar 6001 mbar -14000 mbar 14001 mbar – 20000 mbar	1,1 mbar 1,5 mbar 2,4 mbar	MIK-634-12 (2024)
NYO-1	Nyomásmérőkülönbség-mérő	0 Pa – 1000 Pa 1001 Pa – 7000 Pa	0,5 Pa 0,7 Pa	MIK-634-12 (2024)

M-Teszt Mikrobiológiai Ellenőrző Kft. (2193 Galgahévíz, Fő u. 200.)				
külső helyszínen végzett kalibrálási szolgáltatások				
Szak-terület kódja <i>code of technical field</i>	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése <i>type of instrument or material</i>	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány <i>measurement range</i>	Kalibrálási és mérési képesség ($k=2$) <i>calibration and measurement capability (CMC)</i>	A kalibrálási eljárás azonosítója <i>calibration method or procedure</i>
HŐM-1	Folyadéktöltésű üveghőmérő	-40°C - 200°C	0,05 °C	MIK-636-02 (2024)
HŐM-1	Aktív vagy passzív érzékelővel szerelt villamos mérőkör	-40°C - 420°C	0,043°C	MIK-637-02 (2024)
NYO-1	Nyomásmérő	-850 mbar – 6000 mbar 6001 mbar -14000 mbar 14001 mbar – 20000 mbar	1,1 mbar 1,5 mbar 2,4 mbar	MIK-634-12 (2024)
NYO-1	Nyomásmérőkülönbség-mérő	0 Pa – 1000 Pa 1001 Pa – 7000 Pa	0,5 Pa 0,7 Pa	MIK-634-12 (2024)

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/hu/kategoriak).

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint

- VÉGE –